

Wartung

Wir bieten für diverse Geräte Wartung und Zertifizierung an. Je nach Gerät sind die Aufwände unterschiedlich.

Wartungsumfang Kühlgeräte

- Kontrolle der Raumtemperatur
- Kontrollmessung der Innentemperatur des Gerätes inklusive Kalibrierung
- Kontrolle der Soll- und Ist-Werte
- Temperaturabgleich Datenlogger Thermomax
- Kontrolle der Türdichtungen und Scharniere
- Entfernung der Vereisung im Kühlteil
- Kontrolle von Ventilator und Maschinenteil
- Reinigung von Filtermatte und Kondensator
- Kontrollmessung der Stromaufnahme der Kompressoren
- Funktionskontrolle der Alarme intern und extern (unterer und oberer Alarmwert)
- Ausstellen und Abgabe des Wartungsprotokolls

Geräteübersicht

Laborkühlschrank, Medikamentenkühlschrank, Kühlschrank zur Blutlagerung, Wärmeschrank, Brutschrank, Blutplasmafreezer, CO₂ Inkubator, Gefriertrockner, Klimaschrank, Sterilisator, Tiefkühler bis -86°C., Tiefkühltruhe bis -150°C., Kryo-Anlage



Wartung Zertifizierung

Letzte Prüfung